

**Республиканское унитарное предприятие «Брестский центр
стандартизации, метрологии и сертификации»**

ул. Кижеватова, 10/1, г. Брест, 224001, тел: 580-873, факс: 580-871,
эл. почта: csm@brest.by, сайт: http://csm.brest.by

(полное наименование, место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта
уполномоченного юридического лица, проводившего аттестацию методики (метода) измерений)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 015/2022 от 05 августа 2022 г.

Методика (метод) измерений массовая доля сухих веществ и жира в полуфабрикатах,
блюдах и кулинарных изделиях

наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы измерений); объект измерений:

массовой доли сухих веществ от 10 % до 50 %, массовой доли жира от 1,5 % до 30 %
диапазон измерений

Наименование определяемого показателя	Диапазон измерения массовой доли, %	Предел повторяемости, r, %	Предел воспроизводимости, R, %	Расширенная неопределенность $U_0(C)$ (P=0,95, k=2) не более %
массовая доля сухих веществ	от 10 до 25	$0,08 \cdot X_{cp}$	$0,10 \cdot X_{cp}$	1,79
	от 25 до 50	$0,05 \cdot X_{cp}$	$0,05 \cdot X_{cp}$	
массовая доля жира	от 1,5 до 15	$0,10 \cdot X_{cp}$	$0,15 \cdot X_{cp}$	0,34
	от 15 до 30	$0,05 \cdot X_{cp}$	$0,08 \cdot X_{cp}$	

Проверка показателей точности МИ проводилась расчетным методом.

показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на обратной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности результатов измерения при аттестации

разработанная Государственное предприятие «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
пл. Свободы, 11, корп. Б, 224030, г.Брест
(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная АМИ.БР 0023-2022 «Массовая доля сухих веществ и жира в полуфабрикатах, блюдах и кулинарных изделиях»
(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Зам. директора по метрологии
(должность руководителя
уполномоченного юридического лица)



С.В.Осипова
(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

05 августа 2022г.
Серия БР № 015-2022
(серия и порядковый номер)