

ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства
**“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ
ІНСТЫТУТ МЕТРАЛОГІІ”**
- БелДІМ -

Старавіленскі тракт 93, г. 220053, Мінск,
Тэлэфон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. пошта: info@belgim.by

IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
Рэгіянальная дырэцыя №700 па г. Мінску
і Мінскай вобласці ААТ «БПС-Сбербанк»,
ВІС SWIFT BPSBВY2Х г. Мінск праспект Машэрава, 80
УНП 100055197, АКПА 02568454



ОКПО 02568454
УНН 100055197
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республиканское унитарное предприятие
**“БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ”**
- БелГИМ -

Старовиленский тракт 93, 220053, Минск
Телефон +375 17 233 55 01 Факс +375 17 288 09 38
Эл. почта: info@belgim.by

IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
Региональная дирекция №700 по г. Минску
и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк»,
ВІС SWIFT BPSBВY2Х, г. Минск проспект Машерова, 80
УНП 100055197, ОКПО 02568454

27.11. 2017г. № 28-12/14922
На № _____ от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 1069/2017
об аттестации МВИ

Масса нефтепродуктов.
Методика выполнения измерений
на автоматизированной установке тактового налива

Методика выполнения измерений, разработанная ОДО «МАШСПЕЦСЕРВИС» для ОАО «Мозырский НПЗ», и регламентированная в **МВИ.МН 5901-2017 «Масса нефтепродуктов. Методика выполнения измерений на автоматизированной установке тактового налива»**, аттестована в соответствии с ТКП 8.006-2011.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке и экспериментальному исследованию МВИ.

В результате аттестации установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками при принятой доверительной вероятности $P=0,95$: предел допускаемой относительной погрешности измерения массы нефтепродуктов по данной методике составляет $\pm 0,4\%$ в соответствии с требованиями СТБ 8030-2006:

- для массы нефтепродуктов 28 т и более в цистернах с их собственной массой до 25 т включительно;
- для массы нефтепродуктов 35 т и более в цистернах с их собственной массой выше 25 и до 65 т включительно;
- для массы нефтепродуктов 45 т и более в цистернах с их собственной массой более 65 т.

Заместитель директора по н



Н.В. Баковец