



ОКПО 02568454
унп 100055197

ДЗЯРЖАУНЫ КАМП'ЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
"БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ
ІНСТЫТУТ МЕТРАЛОГІІ"
- БелДИМ -

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ"
- БелГИМ -

Старавіленскі тракт 93, г. Мінск, 220053
Тэлефон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. пошта: info @ belgim.by
Разліковы рахунак: 3012002840020
у філіяле ААТ «БПС - Банк» па г. Мінску,
МФО 153001334, праспект Машэрава, 80

Старовиленский тракт 93, г. Минск, 220053
Телефон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. почта: info @ belgim.by
Расчётный счёт: 3012002840020
в филиале ОАО «БПС - Банк» по г. Минску,
МФО 153001334, проспект Машерова, 80

16.03. 2010 № 28-12 13113
На № _____ от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 618/2011 об аттестации МВИ

Методика выполнения измерений содержания вредных веществ с помощью газоаналитических комплектов "TUBE", "CMS" фирмы "Drager Safety AG&Co.KGaA"

Методика выполнения измерений, разработанная ЧУП «Экотехцентр», и регламентированная в **МВИ.МН 3347-2010 «Методика выполнения измерений содержания вредных веществ с помощью газоаналитических комплектов "TUBE", "CMS" фирмы "Drager Safety AG&Co.KGaA"»** аттестована в соответствии с ГОСТ 8.010-99.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке и экспериментальному исследованию МВИ.

В результате аттестации установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками при принятой доверительной вероятности $P=0,95$:

Концентрация определяемого компонента в воздухе, ppm, % об.	Показатель повторяемости, σ_r , %	Показатель воспроизводимости, σ_R , %	Показатель правильности, Θ , %	Показатель повторяемости, Δ_x , %
Во всем диапазоне действия методики в зависимости от вида индикаторной трубки	3,3	4,5	13,2	12,6

Заместитель директора по науке

Т.А. Коломиец

Ваня

[Handwritten signature]