



ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства
"БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАУНЫ
ІНСТЫТУТ МЕТРАЛОГІІ"
- БелДІМ -

Республиканское унитарное предприятие
"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ"
- БелГИМ -

Старавіленскі тракт 93, г. Мінск, 220053
Тэлефон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. пошта: info @ belgim.by
Разліковы рахунак: 3012002840020
у філіяле ААТ «БПС - Банк» па г. Мінску,
МФО 153001334, праспект Машерава, 80

Старовиленский тракт 93, г. Минск, 220053
Телефон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. почта: info @ belgim.by
Расчётный счёт: 3012002840020
в филиале ОАО «БПС - Банк» по г. Минску,
МФО 153001334, проспект Машерава, 80

03.08. 2010 № 28-14, 9219
На № _____ от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 583/2010
об аттестации МВИ

Определение кислотного числа в кормах животного происхождения.
Методика выполнения измерений

Методика выполнения измерений, разработанная Белорусским государственным ветеринарным центром, и регламентированная в **МВИ.МН 3507-2010 «Определение кислотного числа в кормах животного происхождения. Методика выполнения измерений»** аттестована в соответствии с ГОСТ 8.010-99.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке и экспериментальному исследованию МВИ.

В результате аттестации установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками при принятой доверительной вероятности $P=0,95$:

Показатель	Диапазон измерений кислотного числа, мг КОН/г жира	
	3,0 – 10,0	10,0 – 100,0
Стандартное отклонение повторяемости, S_r	0,3	0,9
Стандартное отклонение воспроизводимости, S_R	0,5	1,4
Предел повторяемости, г	0,9	2,4
Предел воспроизводимости, R	1,5	3,8

Заместитель директора по науке



Т.А. Коломиец