



ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
ІНСТЫТУТ МЕТРАЛОГІІ”
- БелДІМ -

Республиканское унитарное предприятие
“БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ”
- БелГИМ -

Старавіленскі тракт 93, г. Мінск, 220053
Тэлефон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. пошта: info @ belgim.by
Разліковы рахунак: 3012002840020
у філіяле ААТ БПББ па г. Мінску, код 334
проспект Машерава, 80

Старовиленский тракт 93, г. Минск, 220053
Телефон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. почта: info @ belgim.by
Расчётный счёт: 3012002840020
в филиале ОАО БПСБ по г. Минску, код 334,
проспект Машерава, 80

17.07. 2006 г. № 1

На № _____ от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 406/2006
об аттестации МВИ

**Методика количественного определения
сахаристости сахарной свеклы
на автоматизированной линии “Betayser”**

Методика выполнения измерений, разработанная РУП «БелНИИ пищевых продуктов» и регламентированная в **МВИ.МН 2508-2006 «Методика количественного определения сахаристости сахарной свеклы на автоматизированной линии “Betayser”»** аттестована в соответствии с ГОСТ 8.010-99.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке и экспериментальному исследованию МВИ.

В результате аттестации МВИ установлено, что методика соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками:

методика обеспечивает выполнение измерений в диапазоне от 0 до 33 % (масс) при принятой доверительной вероятности $p = 0,95$ с показателем точности: границы, в которых находится погрешность ± 1 % отн.

И.о. директора БелГИМ



В.П. Лобко