

КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ,
МЕТРАЛОГІІ І СЕРТЫФІКАЦЫІ
(БЕЛСТАНДАРТ)



КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(БЕЛСТАНДАРТ)

МІНСКІ ЦЭНТР
СТАНДАРТЫЗАЦЫІ І МЕТРАЛОГІІ

220053, г.Мінск, Старавіленскі тракт, 93
Тэл. 37-55-01, факс: 370938
Тэлефакс 252170 "Шкала"

МИНСКИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

220053, г.Минск, Старовилевский тракт, 93
Тел. 37-55-01, факс: 370938
Телефакс 252170 "Шкала"

25.07.96

N

На N

от

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

N 11/96

Методика выполнения измерений концентрации ацетона
в газовых выбросах отделения АЦГ титриметрическим
методом

МВИ N 373-96

Срок действия - 5 лет

Предназначена для определения ацетона в газовых выбросах
отделения ацетонциангидрина.

Диапазон определяемых концентраций ацетона (400 - 50000) мг/м³.

Относительная суммарная погрешность измерений при принятой
доверительной вероятности $p = 0,95$ не превышает $\pm 13 \%$.

Заместитель директора
Минского ЦСМ



В. П. Лобко

СНЯТО ОГРАНИЧЕНИЕ
СРОКА ДЕЙСТВИЯ
АУС РЕ № 12-07/445

от 30.01.01