



ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ ПА
СТАНДАРТЫЗАЦЫІ, МЕТРАЛОГІІ І
СЕРТЫФІКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Дзяржаўнае прадпрыемства
**“ЦЭНТР ЭТАЛОНАЎ,
СТАНДАРТЫЗАЦЫІ І МЕТРАЛОГІІ”**
- ДП “ЦЭСМ” -

Государственное предприятие
**“ЦЕНТР ЭТАЛОНОВ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ”**
- ГП “ЦЭСМ” -

220053 г. Мінск, Старавіленскі тракт 93
Тэлэфон: (017) 237-55-01 Факс: (017) 213-09-38
Эл. пошта: mcsм@mcsм.belpak.minsk.by
Разліковы рахунак: 3012002840020
ГУАК БелПСБ г. Мінска МФО 334

220053 г. Минск, Старовиленский тракт 93
Телефон: (017) 237-55-01 Факс: (017) 213-09-38
Эл. почта: mcsм@mcsм.belpak.minsk.by
Расчётный счёт: 3012002840020
ГУАК БелПСБ г. Минска МФО 334

16.10.98 № _____
На № _____ от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 74 / 98

Методика выполнения измерений при определении содержания
серебра в фиксажных растворах

МВИ.МН 846 - 98

Срок действия - 3 года

Предназначена для определения содержания серебра в фиксажных растворах
в диапазоне концентраций (0,2-5) г/дм³.

Методика обеспечивает выполнение измерений с погрешностью, не превышаю-
щей при принятой доверительной вероятности $p = 0,95$:

$\pm 5\%$ отн. для образцов с содержанием серебра (0,2 - 1,0) г/дм³;

$\pm 3,5\%$ отн. для образцов с содержанием серебра свыше 1,0 до 5,0 г/дм³.

Заместитель директора



В.П. Лобко