



Дзяржаўны камітэт па
стандартызацыі, метралогіі і
сертыфікацыі Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Дзяржаўнае прадпрыемства
"ЦЭНТР ЭТАЛОНАУ,
СТАНДАРТЫЗАЦЫІ І МЕТРАЛОГІІ"
- ДП "ЦЭСМ" -

220053 г. Мінск, Старавіленскі тракт 93
Тэлефон: (017) 237-55-01 Факс: (017) 213-09-38
Эл. пошта: mscsm@mcsms.belpak.minsk.by
Разліковы рахунак: 3012002840020
ГУАК БелПСБ г. Мінска МФО 334

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Государственное предприятие
"ЦЕНТР ЭТАЛОНОВ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ"
- ГП "ЦЭСМ" -

220053 г. Минск, Старовиленский тракт 93
Телефон: (017) 237-55-01 Факс: (017) 213-09-38
Эл. почта: mscsm@mcsms.belpak.minsk.by
Расчётный счёт: 3012002840020
ГУАК БелПСБ г. Минска МФО 334

№ _____
На № _____ от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 74-98

Методика выполнения измерений концентрации **калия хлористого**
в атмосферном воздухе методом пламенной фотометрии

МВИ.МН 893 - 98

Срок действия - 3 года

Предназначена для определения концентрации **калия хлористого** в атмосферном воздухе методом пламенной фотометрии.

Относительная суммарная погрешность измерений при принятой доверительной вероятности $p = 0,95$ составляет $\pm 17,7 \%$, интервал определяемых концентраций (0,0016 - 10,0) мг/м³.

Заместитель директора



В.П. Лобко

В.П. Лобко

Начальник отдела физико-химических и оптических измерений

Н.В. Хайрова

Н.В. Хайрова