



ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ ПА
СТАНДАРТЫЗАЦЫІ, МЕТРАЛОГІІ І СЕРТЫФІ-
КАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИ-
ЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕС-
ПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Дзяржаўнае прадпрыемства
“ЦЭНТР ЭТАЛОНАЎ,
СТАНДАРТЫЗАЦЫІ І МЕТРАЛОГІІ”
ДП “ЦЭСМ”

220053 г. Мінск, Старавіленскі тракт 93
Тэлефон (017) 237-55- 01 Факс (017) 213-09-38
Эл. пошта : mscsm@mscsm.belpak.minsk.by
Разліковы рахунак : 3012002840020
Упраўленне ААТ БПСБ па г. Мінску код 334

Государственное предприятие
“ЦЕНТР ЭТАЛОНОВ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ”
ГП “ЦЭСМ”

220053 г. Минск, Старовиленский тракт 93
Телефон (017) 237-55- 01 Факс (017) 213-09-38
Эл. почта : mscsm@mscsm.belpak.minsk.by
Расчётный счёт : 3012002840020
Управление ОАО БПСБ по г. Минску код 334

06.03, 2000 г. № _____
На № _____ от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 123/2000


О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (МВИ)

Методика выполнения измерений массовой доли диэтилфталата в спиртосодержащих жидкостях газохроматографическим методом, разработанная **НППП «МБИ-ЛОТИОС»** и регламентированная в **МВИ.МН 1235-2000 «Методика выполнения измерений массовой доли диэтилфталата в спиртосодержащих жидкостях газохроматографическим методом»**, аттестована в соответствии с ГОСТ 8.010-90.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке и экспериментального исследования МВИ.
В результате аттестации МВИ установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками:

Относительная суммарная погрешность измерений при принятой доверительной вероятности $p=0,95$ в диапазоне концентраций от 0,02 до 0,14 % составляет 15 %.

Зам. директора



В.П.Лобко