



ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ ПА  
СТАНДАРТЫЗАЦЫІ, МЕТРАЛОГІІ І  
СЕРТЫФІКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства  
“**БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ  
ІНСТЫТУТ МЕТРАЛОГІІ**”  
- **БелДІМ** -

Старавіленскі тракт 93, г. Мінск, 220053  
Тэлефон (017) 237 55 01 Факс (017) 213 09 38  
Эл. пошта: [belgim@belgim.belpak.minsk.by](mailto:belgim@belgim.belpak.minsk.by)  
Разліковы рахунак: 3012002840020  
Упраўленне ААТ БПББ па г. Мінску, код 334

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО  
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И  
СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
(ГОССТАНДАРТ)

Республиканское унитарное предприятие  
“**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ**”  
- **БелГИМ** -

Старовиленский тракт 93, г. Минск, 220053  
Телефон (017) 237 55 01 Факс (017) 213 09 38  
Эл. почта: [belgim@belgim.belpak.minsk.by](mailto:belgim@belgim.belpak.minsk.by)  
Расчётный счёт: 3012002840020  
Управление ОАО БПСБ по г. Минску, код 334

26.04. 2001 г. № \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### СВИДЕТЕЛЬСТВО № 193/2001

#### О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (МВИ)

Методика выполнения измерений массовой доли ионов фтора  
во фторированной поваренной соли фотометрическим методом,

разработанная НПО «АКТЕХ» при ИФОХ НАН Б  
наименование организации

и регламентированная в **МВИ.МН 1545-2001 «Методика выполнения измерений  
массовой доли ионов фтора во фторированной поваренной соли фотометрическим  
методом»**,  
аттестована в соответствии с ГОСТ 8.010-90.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по  
разработке и экспериментальному исследованию МВИ.

В результате аттестации МВИ установлено, что методика соответствует предъявляемым к  
ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими  
характеристиками (при принятой доверительной вероятности  $p=0,95$ ):

Диапазон измерений м.д. ионов фтора, рт	Предел допускаемого значения суммарной абс.погреш.результата измерений, рт, ±	Норматив сходимости, допускаемое расхождение между параллельными определениями, d, рт	Норматив воспроизводимости D, рт	Норматив точности, Кд, рт
20,0 - 30,0	2,7	3,4	3,4	3,8

Заместитель директора



В.П. Лобко